

IACM3P, No. de procedimiento generado por CompraNetIA-012NBG001-E51-2016

SECCION IX

A

Dirección de Administración
Subdirección de Mantenimiento
Departamento de Ingeniería Biomédica

Anexo No. 22
ANEXO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS, QUE INCLUYE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DIGITALIZADOR CR MARCA CARESTREAM, PARA LO CUAL SE TENDRÁN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES EN SU PROPUESTA:

- La vigencia del contrato será del 16 de febrero al 31 de Diciembre de 2016.
- Se realizarán 2 visitas de mantenimiento preventivo en los meses de abril y octubre.
- Mano de obra para todos los servicios de mantenimiento correctivo necesarios durante la vigencia del contrato con un tiempo de respuesta máximo de 48 horas.
- Realizar mantenimiento y cambio de chasis de fósforo.
- Se deberán incluir **todas** las refacciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo.
- El pago se realizara en dos exhibiciones en los meses de mayo y noviembre 2016.
- La rutina de mantenimiento a seguirse, será la establecida por el fabricante.
- El proveedor deberá dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas aplicables al objeto de la contratación, y a falta de éstas, a las normas internacionales. (Para lo cual deberá presentar escrito libre indicando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que dará cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables al objeto de la presente contratación).
- En caso de incumplimiento a los plazos establecidos para la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, se aplicará una sanción del 5% (cinco por ciento) por cada día natural de atraso contados a partir del día siguiente en que no se haya prestado el servicio.
- Se solicita llevar a cabo la contratación programada del servicio.
- Es importante destacar que la contratación solicitada resulta imprescindible, al tratarse de un equipo que sirve para llevar a cabo la digitalización de imágenes radiológicas, con lo cual se elimina el uso de productos químicos, se obtiene una mejor calidad de imagen y permite el almacenamiento y envío de información a través de medios digitales. Asimismo con la finalidad de dar cumplimiento a los estándares para la certificación hospitalaria, se debe contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo en comento.

IACM3P, No. de procedimiento generado por CompraNetIA-012NBG001-E51-2016

RELACIÓN DE EQUIPOS:

No.	Equipo	Marca	Modelo	Inventario	Ubicación
1	Sistema Digitalizador CR	Carestream	Directiview	K5483-9370	IMAGENOLOGÍA

NOTA: todo lo solicitado en el presente Anexo deberá quedar asentado en su propuesta Técnica, así como anexar toda la documentación y requisitos mencionados en el presente, así como lo solicitado y señalados en el cuadro de Puntos y Porcentajes.

